

## OPIS



Spektrofotometr z wyświetlaczem LCD. Komora pomiarowa przystosowana do kuwet prostokątnych o długości drogi optycznej 10 i 50 mm.



## ZASTOSOWANIE



Urządzenie do wykonywania analiz spektrofotometrycznych w zakresie długości fali od 320 do 990 nm.

## KONTAKT



Zakład Ekologii  
Tel. 84-05-334

## MIEJSCE



Instytut Biologii i Nauk  
o Ziemi

**Spektrofotometr Metertech  
model Spekol SP - 830 plus**