

OPIS



Laserowy analizator uziarnienia,
z oprogramowaniem sterującym

ZASTOSOWANIE



Analizator umożliwia pomiar
wielkości cząstek w zakresie
0,01 – 3500 μm .



KONTAKT



Ewa Ziomek – Opalińska
ewa.ziomek-
opalinska@apsl.edu.pl

MIEJSCE



Instytut Geografii
Społeczno -
Gospodarczej i Turystyki

**Analizator uziarnienia
MASTERSIZER 3000**

SOA

AP Akademia
Pomorska
w Słupsku